

岩手県立大船渡病院医用画像情報システム保守点検業務仕様書

保守業務は当該装を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1 施設名及び所在地

施設名	岩手県立大船渡病院	所在地	岩手県大船渡市大船渡町字山馬越10-1
-----	-----------	-----	---------------------

2 保守点検対象装置

機種名・型式	数量	メーカー
FPDシステム ※詳細は別紙の対象契約機器と保守業務の通り	1式	富士フイルムメディカル(株)

3 保守契約期間

令和 8年 4月 1日 ~ 令和 9年 3月 31日

4 保守内容

項目	実施	摘要
定期点検	○	年1回実施(詳細は別紙の通り) ※平日(月~金)9:00~17:40の時間帯に実施
オンコール保守	○	保守受付:365日24時間受付 保守対応:月曜日から土曜日 08:00~20:00 (但し、年末年始及び祝祭日は除きます)
リモートメンテナンス	○	1回/週の定期リモートメンテナンス (一部対象機器)
部品保証	○	制限無し(FPD過失故障半額保証) ※消耗品及び特定消耗品は含まれない <消耗品>フィルム、LTOテープやクリーニングテープ、CD-R等のメディア <特定消耗品>液晶モニター(輝度劣化やコントラスト低下、面欠点など)、FPD・モバイルPCバッテリー

5 定期点検作業日

・実施時期は病院と協議のうえ決定するものとする。

6 実施報告

・受託者は保守点検作業終了後、速やかに点検報告書を作成し、病院へ提出するものとする。

7 個人情報の保護

・個人情報を第三者に利用させ、若しくは開示・漏洩してはならないものとする。但し、業務遂行上での必要性が生じた時には、病院職員の許可を得てから行うものとする。

8 その他

・本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意をもって協議し解決するものとする。

【契約機器一覧 保守仕様書 別紙】

1. 対象契約機器														
No.	機器名	保証内容	過失保証	業務 時間帯	①オンサイト 定期点検	②修理 対応	③リモート サービス	④アンチ ウイルス	⑤モニタ キャプ	⑥FCR QC	⑦Disp QC	⑧オンライン DispQC	⑨FPD キャプ	⑩精度 管理
	シリアル 番号		OP契約											
1	CALNEO Smart C12	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26852222		-											
2	CALNEO GL1	タイプRD コースV		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26820660													
3	CALNEO GL (MP)	タイプRD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
4	FM-PL1	タイプD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	PL-2209015													
5	CALNEO Smart C47	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26358269		-											
6	CALNEO Smart C77	タイプRD コースV		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26453909													
7	CALNEO Smart C77	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26453910													
8	CALNEO Smart C12	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26852234		-											
9	CALNEO PT	タイプD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT-2211058													
10	CALNEO Smart (MP)	タイプRD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	26828152													
11	CALNEO PU C	タイプD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	PU-2211150													
12	CALNEO Smart C47	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26358270		-											
13	CALNEO Smart C77	タイプRD コースV		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26553931・26553932													
14	CALNEO Smart C12	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	26952245		-											
15	CALNEO PT	タイプD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	PT-2212070													
16	CALNEO Smart (MP)	タイプRD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	26928185													
17	CALNEO PU C	タイプD		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	PU-2212168													
18	CALNEO Smart S77	タイプRD コースV		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	07153402													
18	CALNEO Smart S77	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	07153403													
18	CALNEO Smart S47	タイプRD コースV	+2f	Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
	07058021・06657135		-											
18	Console Advance MOBILE	タイプRD コースV		Plan G	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	06542798・06743210													
18	CALNEO Smart モバイルAP	タイプRD		Plan G	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	06552193・06752679													
19	DRYPIX	タイプD コースI		Plan G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	26431938													
20	被ばく線量管理システム DoseManager	フルサポート プラン		-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	436120090													
タイプRD+2f タイプD+2f		<p>【部品保証】の項目の定めに拘わらず、本契約期間内に使用者の過失(重過失は除く)により次のいずれかの対象事由が生じかつ異常が発生し、FPD本体を交換する場合のFPD本体代金は、本契約開始から終了までの1年間毎に当該特約対象機器全てについての交換合計2回までを全額乙の負担とし、3回目700,000円、4回目以降1,500,000円をそれぞれ甲の負担とします。</p> <p>A. パネルに異常が発生し、落下や強い衝撃によりパネル部に著しい変形(全面、局部的変形・湾曲)が生じた場合</p> <p>B. パネル部に液体(血液、嘔吐物、飲料水など)による汚染の痕跡が認められた場合</p> <p>C. パネル内蔵センサーのログから、強い衝撃を受けたことが確認された場合</p> <p>②前号に定める保証内容の適用は、機器設置日より10年までを限度とします。</p>												

様式 第1号

保守業務完了報告書

令和 年 月 日

岩手県立大船渡病院長 様

(受託者)

印

保守業務委託契約書及び仕様書より、保守点検実施計画書に従って、下記のとおり業務を完了したので報告します。

記

保守業務名		岩手県立大船渡病院医用画像情報システム保守点検業務	
契約額	総額	円 (うち消費税及び地方消費税額 円)	
	今回完了額	円 (うち消費税及び地方消費税額 円)	
契約期間	全体期間	自 令和 8年 4月 1日	
		至 令和 9年 3月 31日	
	今回完了期間	自 令和 年 月 日	
		至 令和 年 月 日	
備考			