

岩手県立高田病院医用画像情報システム保守点検業務仕様書

保守業務は当該装を常に安全かつ正常に保つため、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

1 施設名及び所在地

施設名	岩手県立高田病院	所在地	岩手県陸前高田市高田町字太田512番地2
-----	----------	-----	----------------------

2 保守点検対象装置

機種名・型式	数量	メーカー
医用画像システム SYNAPSE Wz-U 1式 (UPS・アンチウイルスソフト及び・CITA LE Mini ・レポートオプション・NameServerオプション機能含む) 管理者・監視端末(アンチウイルスソフト含む) 各1式 検像端末 iRad-QA(2面構成) 1台 (UPS・アンチウイルスソフト・2Mカラー増設モニタ含む) 医用画像システム AOC Proffessional 1式	1式	富士フイルムメディカル(株)

3 保守契約期間

令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日

4 保守内容

項目	実施	摘要
定期点検	○	年1回実施(SYNAPSE Wz-U/管理者・監視端末) 年2回実施(iRad-QA) ※定期交換部品、基本料、技術料、出張料含む
オンコール保守	○	部品、基本料金、技術料、出張料含む
リモートメンテナンス	○	1回/週の定期リモートメンテナンス (対象機器:SYNAPSE WZ-U)
部品保証	○	制限無し ※消耗品及び特定消耗品は含まれない <消耗品>RDXテープ、CD/DVDメディア、プリンタ消耗品 <特定消耗品>液晶モニター(輝度劣化やコントラスト低下、面欠点など)

5 定期点検作業日

- ・原則として、平日(月～金)9:00～17:40の時間帯に実施する事。
- ・実施時期は病院と協議のうえ決定するものとする。

6 実施報告

- ・受託者は保守点検作業終了後、速やかに点検報告書を作成し、病院へ提出するものとする。

7 個人情報の保護

- ・個人情報を第三者に利用させ、若しくは開示・漏洩してはならないものとする。但し、業務遂行上の必要性が生じた時には、病院職員の許可を得てから行うものとする。

8 その他

- ・本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意をもって協議し解決するものとする。

様式 第1号

保守業務完了報告書

令和 年 月 日

岩手県立大船渡病院長 様

(受託者)

印

保守業務委託契約書及び仕様書より、保守点検実施計画書に従って、下記のとおり業務を完了したので報告します。

記

保守業務名		岩手県立高田病院医用画像情報システム保守点検業務	
契約額	総額	円 (うち消費税及び地方消費税額 円)	
	今回完了額	円 (うち消費税及び地方消費税額 円)	
契約期間	全体期間	自 令和 8年 4月 1日	
		至 令和 9年 3月 31日	
	今回完了期間	自 令和 年 月 日	
		至 令和 年 月 日	
備考			